

令和4年11月15日

橿原地区医師会御中

五條メディカル株式会社
代表取締役 原田杏子

ワクチン接種用注射針組合せ不備における備品配送につきましてのご報告

この度は、弊社配送携わる橿原地区新型コロナウイルス感染症対策に献身的にワクチンの接種実施をいただいております医療従事者の皆様には、接種用注射針の一部ロットとシリンジに組合せ不備が発生する記載ある厚生労働省発行文書の存在知らず、組合せ異なる供給行い、ご不便とご心配をおかけいたしました。今後、厚生労働省自治体サポートを通じ発表されるイレギュラー備品等の案内入手につきましての見直しを行い、弊社では引き続き万全の管理と安定供給および接種実施ご対応くださる医療従事者の皆様に安心した接種へお臨みいただけますよう、より高い物流の品質向上に努めて参ります。

以下、現行ご対応される他県含自治体様にて同様事象発生せぬよう詳細共有いたします。

記

<接種用シリンジ及び注射針の組合せにつきまして>

シリンジ	製造販売会社	T.H.M アライアンス株式会社(販売代理店：信彦佳景株式会社)
	製品名	SHINVA シリンジ 1ml
注射針	製造販売会社	ミサワ医科工業株式会社
	製品名	ミサワ ディスポーザブルニードル(ルアータイプ)
(識別)	ディスポーザブルニードル	LOT.200807~210325
	ディスポーザブル LDS 注射針	LOT.210407~

今回弊社にて組合せ可能と誤認した「MISAWA 針 Lot.210605」は、個包装袋等への LDS ニードルの記載なく、余剰備品をバイアル使用分毎に袋詰め小分け利用する際、SHINVA シリンジとの不適合であるという識別ができませんでした。

※厚生労働省より発表されますこうした細部対策に関する注意喚起通知は通常配送拠点には届かぬため、同様の不備を防ぐためにも今回事態を公表し、備品扱われます皆様には、取り扱いに際しましての十分な注意喚起を行わせていただきたく、橿原地区医師会様ご要望を受け報告を開示させていただきますことをご理解ください。

